



171021110579



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT

STFWT20195572

产品名称

Product Name

儿童防护一次性口罩

委托单位

Trust Unit

苏州波力斯医疗科技有限公司

生产单位

Manufacturer

苏州波力斯医疗科技有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验

Trust Test



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



扫描全能王 创建

检验检测报告

Test Report



防伪查询

STFWT20195572

共 3 页 第 1 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name	儿童防护一次性口罩	规格型号 Specification Type	—
		商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	苏州波力斯医疗科技有限公司	电 话 Tel	13776246881
生产单位 Manufacturer	苏州波力斯医疗科技有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	30 只	送样日期 Sample Receiving Date	2019-09-24
检验检测类别 Test Category	委托送样检验 Trust Test	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求 Accord with detecting request		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合 GB 18401-2010 标准 A 类和 GB/T 32610-2016 标准规定的要求。 签发日期: 2019-09-30 Signaturin Date 		
备 注 Remarks	客户要求不做油性介质 报告仅对来样检测数据的符合性负责 The report is only responsible for the conformity of the sample test data		

批准:
Approver

审核:
Examiner

主 检:
Major tester



检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20195572

共 3 页 第 2 页
Page 2 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment	
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	应禁用	N.D.	合 格
			联苯胺	应禁用	N.D.	
			4-氯邻甲基苯胺	应禁用	N.D.	
			2-萘胺	应禁用	N.D.	
			邻氨基偶氮甲苯	应禁用	N.D.	
			5-硝基-邻甲基苯胺	应禁用	N.D.	
			对氯苯胺	应禁用	N.D.	
			2,4-二氨基苯甲醚	应禁用	N.D.	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	应禁用	N.D.	
			3,3'-二氯联苯胺	应禁用	N.D.	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	应禁用	N.D.	
			3,3'-二甲基苯胺	应禁用	N.D.	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	应禁用	N.D.	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	应禁用	N.D.	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	应禁用	N.D.	
			4,4'-二氨基二苯醚	应禁用	N.D.	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	应禁用	N.D.	
			邻甲基苯胺	应禁用	N.D.	
			2,4-二氨基甲苯	应禁用	N.D.	
			2,4,5-三甲基苯胺	应禁用	N.D.	
邻氨基苯甲醚	应禁用	N.D.				
2,6-二甲基苯胺	应禁用	N.D.				
2,4-二甲基苯胺	应禁用	N.D.				
4-氨基偶氮苯	应禁用	N.D.				



检 验 检 测 结 果

Testing Results


STFWT20195572

共 3 页 第 3 页
Page 3 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment	
2	甲醛含量	mg/kg	A 类: ≤ 20	未检出	合格	
3	pH 值	—	A 类: 4.0~7.5	6.3	合格	
4	染色牢度/级	耐水 (变色/沾色)	—	$\geq 3-4$	原样变色: 4-5 涤布沾色: 4-5 棉布沾色: 4-5	合格
		耐酸汗渍 (变色/沾色)	—	$\geq 3-4$	原样变色: 4-5 涤布沾色: 4-5 棉布沾色: 4-5	合格
		耐碱汗渍 (变色/沾色)	—	$\geq 3-4$	原样变色: 4-5 涤布沾色: 4-5 棉布沾色: 4-5	合格
		耐干摩擦	—	≥ 4	4-5	合格
		耐唾液 (变色/沾色)	—	≥ 4	原样变色: 4-5 涤布沾色: 4-5 棉布沾色: 4-5	合格
5	异味	—	无	无异味	合格	
6	过滤效率/%	—	盐性介质: III 级: ≥ 90	盐性介质: 93.0	合格	
备注	甲醛结果小于 20mg/kg, 试验结果报告“未检出” 可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg, “未检出 (用 N.D.表示)” 表示检测结果低于测定低限, 限量值小于等于 20mg/kg。					

样 品 图 片

测试样品



————— 以下空白 —————



扫描全能王 创建