



171021110579



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT

STFWT20200582



产品名称

Product Name

医用防护口罩

委托单位

Trust Unit

苏州波力斯医疗科技有限公司

生产单位

Manufacturer

苏州波力斯医疗科技有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



扫描全能王 创建

检验检测报告

Test Report



防伪查询

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

STFWT20200582

产品名称 Product Name	医用防护口罩	规格型号 Specification Type	N95 柳叶型
		商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	苏州波力斯医疗科技有限公司	电 话 Tel	13776246881
生产单位 Manufacturer	苏州波力斯医疗科技有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	10 只	送样日期 Sample Receiving Date	2020-02-09
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 19083-2010 《医用防护口罩技术要求》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合 GB 19083-2010 标准规定的要求。 签发日期: 2020-02-09 SignatumDate 		
备 注 Remarks	本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。(1) 本报告仅对来样负责。		

批准:
Approver

陈敏

审核:
Examiner

吴高亮

主 检:
Major tester

蔡燕文



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT20200582


共 2 页 第 2 页

Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results		单项评价 Individual Judgment
				试样编号	实测值	
1	密合性 (总适合因数)	—	≥ 100	1#	105	合格
				2#	106	
				3#	105	
				4#	106	
				5#	105	
				6#	105	
				7#	103	
				8#	105	
				9#	105	
				10#	103	

样 品 图 片

测试样品



——以下空白——



扫描全能王 创建